



ВНИИМС

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт
метрологической службы»
(ФГБУ «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru
ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594
ИНН/КПП 9729315781/772901001

Генеральному директору
ООО «Фирма КиК»
Стародумову Ю.М.

19.03.2024 г. № 202-24-076

На № _____ от _____

Уважаемый Юрий Михайлович!

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора от 16.05.2019 № 132395, 15.03.2024 и 18.03.2024 года провело первичную поверку:

-приборов для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые, исполнения: DS-11a, (регистрационный номер 66704-17);

-приборов для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые, исполнения: DS-500 (регистрационный номер 84036-21);

-приборов для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые, исполнения: LD12 (регистрационный номер 73107-18);

с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму, в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21, приложения № 1 к приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора
по производственной метрологии



А.Е. Коломин

Исп. Баун Е.В.
Тел. (495) 437 29 10

Перечень средств измерений

Наименование типа	Исполнение	Серийные номера	Дата поверки	Действительно по
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые	DS-11a	2023-2A0B10-053001- 2023-2A0B10-059000	15.03.2024	14.03.2027
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые	DS-500	2023-2A0500-009001- 2023-2A0500-012000	15.03.2024	14.03.2026
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые	LD12	A20231001207901 – A20231001217900	18.03.2024	17.03.2027

Начальник отдела 202



Р.В. Кузьменков