



ВНИИМС

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт
метрологической службы»
(ФГБУ «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru
ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594
ИНН/КПП 9729315781/772901001

Генеральному директору
ООО «Фирма К и К»

Стародумову Ю.М.

от 14.06.2022 № 202-22-145

На № _____ от _____

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора от 16.05.2019 № 132395,
09.06.2022 года провело первичную поверку:

- приборов для измерения артериального давления и частоты пульса
цифровых исполнения: DS-1011 (регистрационный номер 50668-12)

с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму,
в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018
«Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители
артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный
информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии
с пунктом 21 приказа Министерства промышленности и торговли РФ
от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств
измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства
о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора
по производственной метрологии



А.Е. Коломин

Перечень средств измерений

Наименование типа	Исполнение	Серийные номера	Дата поверки	Действительно по
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые	DS-1011	SN2020-1O1011-006201 - SN2020-1O1011-006800	09.06.2022	08.06.2025

Заместитель начальника отдела 202



Р.В. Кузьменков