



ВНИИМС

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт
метрологической службы»
(ФГБУ «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru
ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594
ИНН/КПП 9729315781/772901001

От 19.12.2021 № 102-21-503

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «Фирма К и К»

Стародумову Ю.М.

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора № 132395 от 16.05.2019 г. 28.12.2021 года провело первичную поверку:

- приборов для измерения артериального давления и частоты пульса цифровых исполнения DS-10, DS-11, DS-11a, WS-1011 (регистрационный номер 66704-17);

- приборов для измерения артериального давления и частоты пульса цифровых исполнения WS-1000 (регистрационный номер 50668-12)

с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму, в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21 приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора
по производственной метрологии

Исп. Кузьменков Р.В.
Тел. +7 (495) 781-84-26



А.Е. Коломин

Перечень средств измерений

Наименование типа	Исполнение	Серийные номера	Дата поверки	Действительно по
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые	DS-10	SN2021-2A0A10-027601 - SN2021-2A0A10-030500	28.12.2021	27.12.2024
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые	DS-11	SN2021-2A0B10-030680 - SN2021-2A0B10-031620	28.12.2021	27.12.2024
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые	DS-11a	SN2021-2A0B10-038821 - SN2021-2A0B10-040620	28.12.2021	27.12.2024
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые	WS-1000	SN2021-1B1000-004001 - SN2021-1B1000-005000	28.12.2021	27.12.2024
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые	WS-1011	SN2021-2P1011-033581 - SN2021-2P1011-034580	28.12.2021	27.12.2024

Заместитель начальника отдела 202



Р.В. Кузьменков