

От 04.04.2024 №5668/049  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «Фирма К и К»  
Стародумову Ю.М.

Уважаемый Юрий Михайлович!

ООО «ПромМаш Тест Метрология» на основании Договора от 20.04.2023 №2023-04-397576-POLV-РММ, 28.03.2024 года провела поверку:

- Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса NISSEI, в исполнении DS-10A, регистрационный номер 66704-17, в кол-ве 5 000 шт. (выборка 200 шт);

с серийными номерами, указанными в приложении 1 к письму, в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21, приложения № 1 к приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Руководитель лаборатории



Малинин Е.Л.

Приложение №1

К письму № \_\_\_\_\_

Перечень средств измерений

Наименование типа	Исполнение	Серийные номера	Дата поверки	Действительно по
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса NISSEI	DS-10A	SN2023-2A0A10-017001 - SN2023-2A0A10-022000	28.03.2024	27.03.2027

Руководитель лаборатории



Малинин Е.Л.