



ВНИИМС

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт
метрологической службы»
(ФГБУ «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru
ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594
ИНН/КПП 7729315781/772901001

Генеральному директору
ООО «Фирма КиК»

Стародумову Ю.М.

от 28.04.2023 № 202-23-082

На № _____ от _____

Уважаемый Юрий Михайлович!

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора от 16.05.2019 № 132395,
28.04.2023 года провело первичную поверку:

- приборов для измерения артериального давления и частоты пульса
цифровых NISSEI, исполнения: DS-10a (регистрационный номер 66704-17);
с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму,
в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018
«Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители
артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный
информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии
с пунктом 21, приложения № 1 к приказу Министерства промышленности и
торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения
поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора




Ф.В. Булыгин

Перечень средств измерений

Наименование типа	Исполнение	Серийные номера	Дата поверки	Действительно по
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые NISSEI	DS-10a	SN2022- 2A0A10-026001- SN2022-2A0A10-036000	28.04.2023	27.04.2026

Заместитель начальника отдела 202



Р.В. Кузьменков