

От 29.02.2024 №5668/047
На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «Фирма К и К»
Стародумову Ю.М.

Уважаемый Юрий Михайлович!

ООО «ПромМаш Тест Метрология» на основании Договора от 20.04.2023 №2023-04-397576-POLV-РММ, 20.02.2024, 21.02.2024 и 26.02.2024 года провела поверку:

- Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса NISSEI, в исполнении DS-10A, регистрационный номер 66704-17, в кол-ве 5 000 шт. (выборка 200 шт);
- Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса NISSEI, в исполнении DS-10A, регистрационный номер 66704-17, в кол-ве 3 000 шт. (выборка 125 шт);
- Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса NISSEI, в исполнении WS-1000, регистрационный номер 84036-21, в кол-ве 1 000 шт. (выборка 80 шт);

с серийными номерами, указанными в приложении 1 к письму, в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21, приложения № 1 к приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Руководитель лаборатории



Малинин Е.Л.

Приложение №1

К письму № _____

Перечень средств измерений

Наименование типа	Исполнение	Серийные номера	Дата поверки	Действительно по
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса NISSEI	DS-10A	SN2023-2A0A10-022001 - SN2023-2A0A10-027000	21.02.2024	20.02.2027
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса NISSEI	DS-10A	SN2023-2A0A10-009001 - SN2023-2A0A10-012000	26.02.2024	25.02.2027
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса NISSEI	WS-1000	SN2023-2B1000-004001 - SN2023-2B1000-005000	20.02.2024	19.02.2026

Руководитель лаборатории



Малинин Е.Л.