



**ВНИИМС**

Федеральное государственное унитарное  
предприятие «Всероссийский научно-  
исследовательский институт  
метрологической службы»  
(ФГУП «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,  
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66  
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru  
ОКПО 02567478, ОГРН 1037700173598  
ИНН/КПП 7736042404/772901001

от 27.07.2021 № 202-21-171

На № 61 от 16.07.2021

Генеральному директору  
ООО «Фирма К и К»

Стародумову Ю.М.

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132395 от 16.05.2019 г.  
26.07.2021 и 27.07.2021 года провел первичную поверку:

- приборов для измерения артериального давления и частоты пульса цифровых  
исп. DS-10a, DS-11, WS-1011 (регистрационный номер в ФИФ  
№ 66704-17);

- приборов для измерения артериального давления и частоты пульса цифровых  
исп. WS-1000, DS-500 (регистрационный номер в ФИФ № 50668-12)

с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму,  
в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная  
система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления  
неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный  
информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии  
с пунктом 21 приказа Министерства промышленности и торговли РФ  
от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств  
измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора  
по производственной метрологии



 А.Е. Коломин

Исп. Николаева Е.В.  
Тел. +7 (495) 437-29-10

Перечень средств измерений

| Наименование типа  | Исполнение | Серийные номера                                | Дата поверки | Действительно по |
|--|------------|--|--------------|------------------|
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые | DS-10a     | SN2021-2A0A10-006001 -<br>SN2021-2A0A10-012000 | 26.07.2021   | 25.07.2024       |
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые | DS-11      | SN2021-2A0B10-012001 -<br>SN2021-2A0B10-012500 | 27.07.2021   | 26.07.2024       |
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые | DS-500     | SN2021-1A0500-004001 -<br>SN2021-1A0500-006000 | 27.07.2021   | 26.07.2024       |
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые | WS-1000    | SN2021-1B1000-002001 -<br>SN2021-1B1000-003480 | 27.07.2021   | 26.07.2024       |
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые | WS-1011    | SN2021-2P1011-009401 -<br>SN2021-2P1011-013540 | 26.07.2021   | 25.07.2024       |

Заместитель директора  
по производственной метрологии



А.Е. Коломин

Заместитель начальника отдела 202

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Е.В. Николаева", is written below the stamp.

Е.В. Николаева