



**ВНИИМС**

**Федеральное государственное унитарное  
предприятие «Всероссийский научно-  
исследовательский институт  
метрологической службы»  
(ФГУП «ВНИИМС»)**

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,  
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66  
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru  
ОКПО 02567478, ОГРН 1037700173598  
ИНН/КПП 7736042404/772901001

от 03.11.20 № 202-20-227

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «Фирма К и К»

Стародумову Ю.М.

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132395 от 16.05.2019г. 29 октября 2020 года провел первичную поверку приборов для измерения артериального давления и частоты пульса цифровых исп. DS-11a (регистрационный номер в ФИФ № 66704-17) с серийными номерами, указанными в приложение № 1 к письму, в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»).

Результаты первичной поверки оформлены свидетельствами о поверке с использованием электронной цифровой подписи (согласно Федеральному закону от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ).

Приложение: Перечень средств измерений – 1

Заместитель директора  
по производственной метрологии



Н.В. Иванникова

## Перечень средств измерений

| Наименование типа   | Исполнение | Серийные номера                                | Дата поверки | Действительно по |
|---|------------|--|--------------|------------------|
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса | DS-11a     | SN2020-2A0B10-013641 -<br>SN2020-2A0B10-018640 | 29.10.2020   | 28.10.2023       |
| Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса | DS-11a     | SN2020-2A0B10-021641 -<br>SN2020-2A0B10-023640 | 29.10.2020   | 28.10.2023       |

Заместитель директора  
по производственной метрологии  
Заместитель начальника отдела



Н.В. Иванникова

Е.В. Николаева