

От 15.11.2023 №5668/041
На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «Фирма К и К»
Стародумову Ю.М.

Уважаемый Юрий Михайлович!

ООО «ПромМаш Тест Метрология» на основании Договора от 20.04.2023 №2023-04-397576-POLV-РММ, 05.12.2023 и 06.12.2023 года провела поверку:

- Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса NISSEI, в исполнении DS-11a, регистрационный номер 66704-17, в кол-ве 1 000 шт. (выборка 80 шт);

- Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса NISSEI, в исполнении DS-11a, регистрационный номер 66704-17, в кол-ве 8 000 шт. (выборка 200 шт);

с серийными номерами, указанными в приложении 1 к письму, в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21, приложения № 1 к приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Руководитель лаборатории:



Малинин Е.Л.

Приложение №1
К письму № _____

Перечень средств измерений

Наименование типа	Исполнение	Серийные номера	Дата поверки	Действительно по
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса NISSEI	DS-11a	SN2023-2A0B10-028001 - SN2023-2A0B10-029000	05.12.2023	04.12.2026
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса NISSEI	DS-11a	SN2023-2A0B10-033001 - SN2023-2A0B10-041000	06.12.2023	06.12.2026

Руководитель лаборатории



Малинин Е.Л.