

№ 202-20-01
от 29.01.2020

По требованию

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132395 от 16.05.2019г. 25 декабря 2019 года провел первичную поверку Приборов для измерения артериального давления и частоты пульса NISSEI исп. DS-10A, DS-11A, WS-1011 (регистрационный номер в ФИФ № 66704-17), DS-500, WS-1000 (регистрационный номер в ФИФ № 50668-12), Приборов для измерения артериального давления и частоты пульса LD исп. LD30(регистрационный номер в ФИФ № 50667-12), LD23A, LD51U, LD12S, LD51S (регистрационный номер в ФИФ № 73107-18) с серийными номерами, указанными в приложение № 1 к письму, в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты первичной поверки оформлены свидетельствами о поверке с использованием электронной цифровой подписи (согласно Федеральному закону от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ).

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора
по производственной метрологии

 Н.В. Иванникова

Исп. Николаева Е.В.
8(495) 781 84 26



Перечень средств измерений

Наименование типа	Исполнение	Серийные номера	Дата поверки	Действитель но по
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса NISSEI	DS-10A	SN2019-2A0A10-041401 - SN2019-2A0A10-049400	25.12. 2019	24.12.2022
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса NISSEI	DS-11A	SN2019-2A0B10-043941 - SN2019-2A0B10-054440	25.12. 2019	24.12.2022
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса NISSEI	DS-500	SN2019-1A0500-013001 - SN2019-1A0500-018000	25.12. 2019	24.12.2022
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса NISSEI	WS-1000	SN2019-1B1000-003801 - SN2019-1B1000-005000	25.12. 2019	24.12.2022
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса NISSEI	WS-1011	SN2019-2P1011-010301 - SN2019-2P1011-013300	25.12. 2019	24.12.2022
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса LD	LD30	A20191103027671 - A20191103030870	25.12. 2019	24.12.2022
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса LD	LD23A	A20191123A24711 - A20191123A27910	25.12. 2019	24.12.2022
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса LD	LD51U	A20191151U06071 - A20191151U09270	25.12. 2019	24.12.2022
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса LD	LD12S	A20191112S00141 - A20191112S00640	25.12. 2019	24.12.2022
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса LD	LD51S	A20191151S03801 - A20191151S05000	25.12. 2019	24.12.2022

Заместитель директора
по производственной метрологии

Н.В. Иванникова

Начальник отдела

Е.А. Ненашева