



ВНИИМС

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт
метрологической службы»
(ФГБУ «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru
ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594
ИНН/КПП 9729315781/772901001

Генеральному директору
ООО «Фирма К и К»

Стародумову Ю.М.

13.12.2022 № 202-22-302

На № _____ от _____

Уважаемый Юрий Михайлович!

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора от 16.05.2019 № 132395, 12.12.2022 года провело первичную поверку:

- приборов для измерения артериального давления и частоты пульса LD исполнения: LD-23А, (регистрационный номер 73107-18);
- приборов для измерения артериального давления и частоты пульса NISSEI исполнения: WS-1011, (регистрационный номер 66704-17);
- приборов для измерения артериального давления LD исполнения: LD-71, (регистрационный номер 33650-12);

с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму, в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21 приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора по
производственной метрологии



А.Е. Коломин

Перечень средств измерений

Наименование типа	Исполнение	Серийные номера	Дата поверки	Действительно по
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса LD	LD23A	A20221023A06401 – A20221023A09600	12.12.2022	11.12.2025
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса NISSEI	WS-1011	SN2022-2P1011-003001 – SN2022-2P1011-005000	12.12.2022	11.12.2025
Приборы для измерения артериального давления LD	LD71	A2209013078801 – A2209013084800	12.12.2022	11.12.2024

Заместитель начальника отдела 202



Р.В. Кузьменков