

От 07.07.2023 № 1031-28
На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «Фирма К и К»
Стародумову Ю.М.

Уважаемый Юрий Михайлович!

ООО «ПромМаш Тест Метрология» на основании Договора от 20.04.2023 № 2023-04-397576-POLV-РММ, 19.05.2023г., с 30.06.2023 по 06.07.2023 года провела поверку:

- Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые LD, исполнения: LD3A (регистрационный номер 50667-12);

- Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые LD, исполнения LD51A (регистрационный номер 73107-18);

- Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые LD, исполнения LD521A (регистрационный номер 79762-20);

- Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые, исполнения WS-1011 (регистрационный номер 66704-17).

- с серийными номерами, указанными в приложении 1 к письму, в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21, приложения № 1 к приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Руководитель лаборатории :

Малинин Е.Л.



Приложение №1
К письму № 103/28

Перечень средств измерений

Наименование типа	Исполнение	Серийные номера	Дата поверки	Действительн о по
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые LD	LD3A	A20230503A10001 - A20230503A20000	30.06.2023	29.06.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые LD	LD51A	A20230551A01201 - A20230551A02400	03.07.2023	02.07.2026
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые LD	LD521A	A202304521A00001 - A202304521A05000	04.07.2023	03.07.2025
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые	WS-1011	SN2023-2P1011-001001 - SN2023-2P1011-008000	05.07.2023 06.07.2023	04.07.2026 05.07.2026

Руководитель лаборатории :

Малинин Е.Л.

