



**ВНИИМС**

Федеральное государственное бюджетное  
учреждение «Всероссийский научно-  
исследовательский институт  
метрологической службы»  
(ФГБУ «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,  
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66  
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru  
ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594  
ИНН/КПП 9729315781/772901001

На № 22.04.2024 от № 224/08-136

Генеральному директору  
ООО «Фирма К и К»  
Ю.М. Стародумову

Г

Г

Уважаемый Юрий Михайлович!

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора № 132395 от 16 мая 2019 г. провело первичную поверку термометров бесконтактных медицинских цифровых инфракрасных модели МТ-500, изготовленных фирмой «Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd», Япония (регистрационный номер в ФИФОЕИ № 80549-20), с серийными номерами термометров, указанными в приложении № 1 к настоящему письму, в соответствии с документом на поверку МП 207-055-2020 «ГСИ. Термометры бесконтактные медицинские цифровые инфракрасные модели МТ-500. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Сведения о результатах поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21 приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора  
по производственной метрологии



А.Е. Коломин

Приложение № 1

к письму № ДДУ/08 - 136

от 14.04.2024

Перечень средств измерений

Исполнение термометров	Количество, шт.	Количество в выборке, шт.	Заводские номера	Дата поверки	Действительно по
МТ-500	200	13	201201707 - 201201906	15.04.2024	14.04.2025

Заместитель начальника отдела 207

А.С. Черноусова